



D/32/2017

L.dz. DZP: 654/2017

Opole, 13.10.2017 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwaną dalej „ustawą”, pn.: „**Dostawa wyposażenia dla Pracowni Fizyki Medycznej Uniwersytetu Opolskiego**”.

Część nr 3:
Dostawa drukarki 3D

Na podstawie art. 92 ustawy Zamawiający zawiadamia, że:

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: **PRINTCOM POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.**, ul. Obornicka 19, 62-002 Złotniki, została **odrzucona** w niniejszej części przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: **jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

UZASADNIENIE

Treść oferty jest niezgodna z SIWZ, ponieważ Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ żądał aby maksymalna temperatura głowicy drukarki 3D wynosiła 238°C. Natomiast Wykonawca zaoferował maksymalną temperaturę głowicy drukarki 265°C. Zaproponowana przez Wykonawcę oferta **nie spełnia wymagań Zamawiającego.**

Uwzględniając powyższe Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty w niniejszej części przedmiotowego postępowania, jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski