



UNIWERSYTET
O P O L S K I

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 77
fax +48 77 541 60 26
zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl

D/42/2017/A

L.dz. DZP: 48/2018

Opole, 19.01.2018 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.: „Dostawa kserokopiarek dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego”.

Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 3

"Proszę o informację czy podane dane techniczne / wymagane parametry w części 1 i 2 zostały ustalone na podstawie konkretnego modelu ? Parametr prędkość kopiowania 15 /A3 , 20/A4 oraz 20/A3 ,25/A4 jest w nas nie możliwy do spełnienia . Przeważnie prędkość a3 jest to połowa czasu pracy urządzenia w formacie a4."

Odpowiedź:

Podane parametry zostały ustalone na podstawie różnych dostępnych urządzeń. Zamawiający wymaga: dla części nr 1 prędkości kopiowania formatu A4 do 20 str/min (A3 dopuszcza mniejsze niż w opublikowanej specyfikacji); dla części nr 2 prędkości kopiowania formatu A4 do 25 str/min (A3 dopuszcza mniejsze niż w opublikowanej specyfikacji). Zamawiający dopuszcza wyższe niż w opublikowanych specyfikacjach prędkości kopiowania dla formatu A4.

Pytanie nr 4:

Dotyczy załącznik nr 1A

"Czy w związku z tytułowym postępowaniem w części 1 - Dostawa kserokopiarki dla Instytutu Nauk Pedagogicznych dopuszczają Państwo urządzenie o poniższych parametrach:

1. Prędkość kopiowania / drukowania (str/min.) B&W: 25/A4 i 12/A3 (wymagane: 20/A4 i 14/A3).
2. Czas uzyskania pierwszej kopii (sek.): 8 sekund (wymagane: <6,5 sekundy)?"

Odpowiedź:

- dot. pkt 1 - Zamawiający wymaga dla części nr 1 prędkości kopiowania formatu A4 do 20 str/min (A3 dopuszcza mniejsze niż w opublikowanej specyfikacji). Zamawiający dopuszcza wyższe niż w opublikowanych specyfikacjach prędkości kopiowania dla formatu A4,
- dot. pkt 2 - zamawiający wymaga urządzenia o czasie uzyskania pierwszej kopii <6,5 sek (poniżej 6,5 sek).

Pytanie nr 5:

Dotyczy załącznik nr 1A

"Czy w części 2 zapytania dopuszczają Państwo prędkość kopiowania 25 / A4 oraz 14 /A3 - prędkości podane w specyfikacji w zapytaniu są prawdopodobnie błędnie podane pozostałe parametry zgodnie z państwa wymaganiami?"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dla części nr 2 prędkości kopiowania formatu A4 do 25 str/min (A3 dopuszcza mniejsze niż w opublikowanej specyfikacji). Zamawiający dopuszcza wyższe niż w opublikowanych specyfikacjach prędkości kopiowania dla formatu A4.

Treść odpowiedzi przygotowana została przez Sekcję ds. Aparatury Uniwersytetu Opolskiego.

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Uwzględnienie powyższych informacji w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, w związku z powyższym **dotychczasowy termin składania ofert pozostaje ten sam**, tj.: **do dnia 24.01.2018 r. do godziny 10:00**, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 2-3.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Emil Krzesaj