



Projekt pn.: „Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej – Referencyjnego
Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego”
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości

Umowa nr DSRiN-I-7211-110/18 z dnia 17.05.2018 r.



UNIwersytet
Opolski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 77
fax +48 77 541 60 26
zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl

D/39/2018

Opole, 23.10.2018 r.

L.dz. DZP: 1088/2018

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **nieprzekraczającej** kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.: **Zakup pierwszego wyposażenia – sprzęt medyczny w ramach zadania „Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej – Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego” – etap I.**

Działając w trybie art. 38 ustawy Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 5

Proszę Zamawiającego o dokładniejsze napisanie jakich dwóch wirników wymaga do wirówki, gdyż zapis „pojemność rotora od 48 x 1,5/2 ml (wymiary probówki 17,5x100-125mm) do 6 x15/50ml (wymiary probówki 29,5 x100-125mm)” jest zbyt ogólny i może oznaczać, że ten wirnik ma mieścić pojemności probówek od 1,5/2 ml do 50ml. Dodatkowo wymiary pierwszej probówki sugerują wirnik dla probówek typu eppendorf która ma zupełnie inne wymiary.

Odpowiedź:

Pojemność rotora dla probówek od 1,5-2 ml do 15/50ml może być rozwiązana za pomocą adapterów.

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Uwzględnienie powyższych informacji w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, w związku z powyższym **dotychczasowy termin składania ofert pozostaje ten sam**, tj.: **do dnia 29.10.2018 r. do godziny 10:00**, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 2-3.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Emil Krzesaj