



UNIwersytet  
Opolski

## DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole  
tel. +48 77 541 59 77  
fax +48 77 541 60 26  
zamowienia@uni.opole.pl  
www.zamowienia.uni.opole.pl

**D/42/2019/A**

L.dz. DZP: 1375/2019

Opole, 20.11.2019 r.

**Do:**

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: **Sukcesywny zakup testów do szybkiej identyfikacji i oceny lekowrażliwości.**

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

**Pytanie 1** dot. Część 4a, pkt 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie testów konfekcjonowanych po 10 sztuk w opakowaniu o czułości 79% i swoistości 84%

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 2** dot. Część 4a, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania testów pozwalających na wykrywanie oraz różnicowanie 5 mechanizmów oporności : KPC, NDM, VIM OXA-48 i IMP bezpośrednio z kolonii bakteryjnej na jednej kasetce testowej (KPC 600 pg/mL, OXA 300 pg/mL, VIM 300 pg/mL, IMP 200 pg/mL, NDM 150 pg/mL)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3** dot. Część 4a, pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania MIC kolistyny pakowany po 4 płytki na każdej 12 oznaczeń ( w sumie 48 oznaczeń)? Pojedyncze płytki można dzielić na pojedyncze testy co pozwoli Zamawiającemu zmniejszyć straty. Oferowany test ma termin ważności 24 m-c, natomiast otwarta płytka 30 dni

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 4** dot. Część 4a, pkt 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do oznaczania antygenu Ch. trachomatis metodą immunofluorescencji; czułość 86%, swoistość 99%

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

Dodatkowo działając w trybie art. 38 ust. 4 oraz art. 11c ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez modyfikację Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A do SIWZ) oraz Ogłoszenia o zamówieniu nr 621885-N-2019, których aktualna treść znajduje się w załączeniu do niniejszego pisma.

Uwzględniając powyższe zmianie ulega: termin **składania ofert**, na dzień **25.11.2019** r., do godziny **10:00**; termin **otwarcia ofert**, na dzień: **25.11.2019** r., godzina **11:00**.

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Załączniki:

1. *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP*
2. *Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji,*

**KANCLERZ**

*mgr Zbigniew Budziszewski*

Ogłoszenie nr 540250937-N-2019 z dnia 20-11-2019 r.

Opole:

#### OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

#### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

#### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 621885-N-2019

**Data:** 14/11/2019

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 13820000000000, ul. Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 5 415977, e-mail [zamowienia@uni.opole.pl](mailto:zamowienia@uni.opole.pl), faks 775 415 930.

Adres strony internetowej (url): [www.zamowienia.uni.opole.pl](http://www.zamowienia.uni.opole.pl)

#### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

##### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-22, godzina: 10:00,

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-25, godzina: 10:00,